

## 「2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」 新旧対照表

新	旧
<p data-bbox="219 363 1043 491">2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル ～2020/04/16 更新版～</p> <p data-bbox="181 555 237 587">(略)</p> <p data-bbox="181 651 472 683">【検体採取時の留意点】</p> <p data-bbox="210 703 266 735">(略)</p> <p data-bbox="192 751 1099 1023">➤ <u>鼻咽頭ぬぐい液・・・滅菌綿棒（フロックスワブや材質にレーヨンやポリエステルを含む綿棒など。鼻腔用の細いもの）を鼻孔から挿入し、上咽頭を十分にぬぐい、綿棒を1-3mlのウイルス輸送液（VTM/UTM）が入った滅菌スピッツ管に入れ蓋をし、パラフィルムでシールする。ウイルス輸送液が無い場合はPBSや生理食塩水などを用いる。</u></p> <p data-bbox="210 1038 266 1070">(略)</p> <p data-bbox="181 1134 266 1166">【別紙】</p> <p data-bbox="165 1182 781 1214">基本三重梱包の手順と梱包・輸送時の注意事項</p> <p data-bbox="210 1230 266 1262">(略)</p> <p data-bbox="165 1278 1099 1358">・<u>なお、ゆうパック（陸上輸送のみ）を利用する場合は、包装責任者による確認などの追加要件が求められています。</u></p>	<p data-bbox="1182 363 2007 491">2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル ～2020/03/31 更新版～</p> <p data-bbox="1176 555 1232 587">(略)</p> <p data-bbox="1146 651 1438 683">【検体採取時の留意点】</p> <p data-bbox="1176 703 1232 735">(略)</p> <p data-bbox="1158 751 2065 975">➤ 鼻咽頭ぬぐい液・・・滅菌綿棒（フロックスワブなど。鼻腔用の細いもの）を鼻孔から挿入し、上咽頭を十分にぬぐい、綿棒を1-3mlのウイルス輸送液（VTM/UTM）が入った滅菌スピッツ管に入れ蓋をし、パラフィルムでシールする。ウイルス輸送液が無い場合はPBSや生理食塩水などを用いる。</p> <p data-bbox="1176 991 1232 1023">(略)</p> <p data-bbox="1146 1134 1232 1166">【別紙】</p> <p data-bbox="1131 1182 1747 1214">基本三重梱包の手順と梱包・輸送時の注意事項</p> <p data-bbox="1176 1230 1232 1262">(略)</p> <p data-bbox="1131 1278 2065 1406">・ゆうパック（陸上輸送のみ）を利用する場合は、三重梱包に追加してジュラルミンケース等の追加外装容器の使用や梱包責任者による確認などの追加要件が求められています。</p>

(略)

【ゆうパックを利用して検体等を送付する際に必要な「包装責任者」の認証を得る方法】

(略)

参考：感染症発生動向調査事業等において検体等を送付する際の留意事項について

<https://www.mhlw.go.jp/content/000622205.pdf>

(別添) 貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項

<https://www.mhlw.go.jp/content/000622218.pdf>

(略)

【ゆうパックを利用して検体等を送付する際に必要な「包装責任者」の認証を得る方法】

(略)

参考：ゆうパックを利用して検体を送付する場合の包装に関する遵守事項（厚労省 HP）

[https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/2\\_7\\_13.pdf](https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/2_7_13.pdf)